

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης



Παράρτημα F1/4 του Πιστοποιητικού Αρ. 1395-2

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του
Εργαστηρίου Δοκιμών
ΒΕΛΤΙΑ Α.Ε.
Υποκατάστημα Πάτρας

Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Μικροβιολογικές Δοκιμές		
1. Νερά (πόσιμα, κολυμβητικών δεξαμενών)	1. Καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και <i>E. Coli</i>	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016
	2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000
	3. Καταμέτρηση συνόλου αεροβίων μικροοργανισμών στους 22±2 °C και στους 36±2 °C	ISO 6222:1999
Χημικές Δοκιμές		
2. Νερά (πόσιμα, κολυμβητικών δεξαμενών)	1. Προσδιορισμός pH	Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ-04) βασισμένη στη μέθοδο ΕΛΟΤ 658
	2. Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας	Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ-05) βασισμένη στη μέθοδο ΕΛΟΤ EN 27888
	3. Προσδιορισμός θολότητας	Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ-08) βασισμένη στη μέθοδο ISO 7887:2011
	4. Προσδιορισμός χρώματος	HACH LANGE METHOD 8195
3. Υγρά Απόβλητα	Προσδιορισμός COD	HACH LCK 514 HACH LCK 314

Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Δειγματοληψία		
4. Νερά (πόσιμα, κολυμβητικών δεξαμενών)	Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό χημικών και микροβιολογικών παραμέτρων	ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-2014 ISO 19458:2006

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις – **Επαρχιακή Οδός Θεριανού-Φαρρών (Αγ. Στέφανος), Είσοδος ΒΙ.ΠΕ Πατρών**. Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Ανδριάνα Κεφαλά, Ευστάθιος Χρόνης**. Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**1395-2**, κατά ΕΛΟΤ EN/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι 21.04.2029.

Αθήνα, 09.06.2026

Κωνσταντίνος Ενώγγελος-Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Σ.Υ.Δ.

